

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE NR. 754.00

în conformitate cu Directivele Dispozitivelor medicale 93/42/EEC
(Anexa II cu excluderea pct. 4)



Fabricant: S.C. AURA S.A.

Adresa: 410473 Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 9-11

Declarăm pe propria răspundere că

Dispozitivul medical

Denumirea produsului: Ață chirurgicală poliamidă nesterilă

nr.	nr. lot	
5 (USP 6)	05-16	06-2019
6 (USP 5)	03-16	05-2019

de clasă

în conformitate cu anexa IX
a directivei 93/42/EEC

clasa IIb, regula 8

este în conformitate cu toate cerințele directivei 93/42/EEC care i se aplică și ale următoarelor standarde europene armonizate:

EN ISO 13485:2012
EN ISO 14971:2012
EN 1041:2008
EN ISO 15223-1:2012
EN 10993-1:2009
EN 868-1:2003

**Organism
notificat**

OGYÉI-EMKI / Ungaria (nr. de înregistrare 1011)
1097 Budapest, Albert Flórián út 3/a.
Număr de certificat: 5-759-200-1405
Data valabilității: 04.05.2019

Oradea, la 17.06.2016

Director general,
ing. Teleucă Corneliiu

ver. 8/27.05.16

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE
PASMANTERIE
"AURA" S.A. ORADEA
RO61RNC80032046461340001 B.C.R. Oradea
C.F. RO2722548

ATĂ CHIRURGICALĂ POLIAMIDĂ NESTERILĂ

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Producător: SC AURA SA, 410473 Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 9-11

Sortimente:

Nr. ată AURA (USP)	Masă lineară [g/1000 m]	Diametru [mm]	Rezistență la rupere [daN]
5 (6)	255 +/- 13	0.800 - 0.899	min. 7.0
6 (5)	255 +/- 13	0.700 - 0.799	min. 7.0
7 (2)	195 +/- 10	0.500 - 0.599	min. 5.5
8 (1)	125 +/- 6	0.400 - 0.499	min. 3.5
9 (0)	90 +/- 5	0.300 - 0.399	min. 2.5
10 (3-0)	60 +/- 3	0.200 - 0.249	min. 1.5

Domeniul de utilizare a firului chirurgical AURA:

Firul se folosește în chirurgie generală, ginecologie și obstetrică și în ortopedie.

Pentru intervenții chirurgicale în sistemul nervos central și cardiovascular NU SE POATE UTILIZA!!!

Firul chirurgical AURA este un produs de unică folosință!

Materiale utilizate și descrierea tehnică:

Ața chirurgicală este un produs împletit fabricat din fire de poliamidă 6 (nylon).

Igiena, sterilizarea produsului:

Firul chirurgical AURA nu se comercializează sterilizat.

TREBUIE STERILIZAT înainte de utilizare!!!

Sterilizarea firului chirurgical AURA trebuie efectuată de către utilizator. Vă recomandăm, ca sterilizarea să se efectueze împreună cu instrumentele chirurgicale în autoclavă.

Parametrii: T=134 C, p=2,5 bar, t=30 minute.

Cerințe de depozitare:

Firul chirurgical AURA este sensibil la lumină UV și umezeală. Așadar, pentru evitarea degradării firului locul de depozitare trebuie ferit de umiditate și lumină!

Prevederi de gestionare a deșeurilor:

Produsul pregătit pentru utilizare, sterilizat, dar nefolosit, trebuie gestionat cu restul deșeurilor spitalicești.

Este interzisă aruncarea lui în tomberon!

Produsul nefolosit, expirat nu este deșeu periculos, nu trebuie neutralizat!



NESTERIL